

ASIAS

for quality of life and healthy activities

Depth Pulse[®] AwG_{AC 5000}

低周波治療器

Low-frequency treatment machine

からだの痛みの源を量子レベルで共振・調和させます。





仕様

品 名	デブスパルス AWG AC5000		
医療機器認証番号	230ADBZX00035000		
一般的名称	低周波治療器		
医療機器の分類	指定管理医療機器(クラスII)		
消費電力	20W		
外形寸法(幅×奥行き×高さ)	約325mm x 約205mm x 約350mm		
重 量	約9.2kg		
定格電圧	AC100V 50/60Hz		
電源保護形式	クラス1 BF型		
出力チャンネル数	2回路 (2ch)		
出力周波数	15~10000Hz		
出力波形	対称パルス波	パルス幅	・ 1000Hz以下 100us±10% ・ 1000Hz以上 50%duty
単位出力時間	同一周波数を3分間		
医療用具種別	器具機器(12)		
最大出力電流(RMS)	50mA以下(500Ω負荷)		
最大出力電圧(波高値)	70Vpp+-15%(500Ω負荷時)		
保証期間	1年間		
付属品	通電コード:2本、Y字二股コード 4本、パット 縦型(大)・横型(大)・(中)・(小)各サイズ 2枚入 1組 粘着ゲル (大)2枚入 2組・(中)2枚入 1組・(小)2枚入 1組、電源コード:1本、リモコン、取扱説明書(保証書)		

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
 - このカタログに掲載の商品は、使用用途・場所などを限定するものがあります。
お買い上げの販売店にご確認ください。
- 【禁忌・禁止】
- 1 本機は低周波治療器です。他の目的で使用しないでください。
 - 2 下記の方は使用しないでください。
 - ① 植込み型電子装置(〔例〕ペースメーカー)を装着した患者
 - ② 糖尿病等による高度な末梢神経障害による知覚障害者
 - ③ 温度感知喪失者
 - ④ 酒気を帯びた方
 - 3 次の方は介護者なしで使用しないでください。
 - ① 麻痺のある方 ② 12歳以下の子供 ③ 意思表示ができない方
 - 4 使用してはならない部位、領域、状態
 - ① 皮膚が過敏、損傷、病変がある領域 ② 心臓病の病歴がある患者の胸部
 - ③ 循環血流量増大によって悪化する状態
 - ④ 脳血管障害やてんかん発作の病歴をもつ患者の頭蓋顔面領域や頸部
 - ⑤ 妊婦の腹部、腰仙部、骨盤領域 ⑥ 感覚が損なわれている領域
 - ⑦ 出血や血腫が起こりやすい組織または月経時の腹部
 - ⑧ 急性の損傷や炎症のある部位
 - 5 修理・改造は行わないでください。

ご使用にあたって

この商品には保証書を添付しております。保証書は、販売店で所定事項を記入の上発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

※商品改良のため予告なく一部仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

※印刷物ですので、実際の色と多少異なる場合がございます。



日本総販売元
株式会社アジアス ASIAS corp.

〒433-8104 静岡県浜松市北区東三方町477-11

TEL : 053-430-1111 FAX : 053-430-1114

Website : <http://www.asiascorp.com>

mail : reception@asiascorp.com

お問い合わせ